

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/2777/13

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический и фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437.
Наименование заявленного образца	Пивной напиток
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 19.10.2021 г.
Дата получения образца	19.10.2021г.
Шифр образца	2777
Описание образца	Образец представлен в пяти стеклянных бутылках вместимостью 330 мл. Бутылки помещены в картонный короб с синей пломбой наклейкой № 5305788. Каждая бутылка оклеена черной клейкой лентой. На бутылке имеется надпись: «236РСК0008/2». Алкоголь 6,6%. Годен до: 07.11.2022 г. Укупорка не нарушена.
Дата проведения испытаний	21.10 – 18.11.2021 г.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение массовой концентрации катионов.
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-108-2019
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Наименование метода	Результат	Значение показателя по СТО 46429990-108-2019
1	2	3	4
Массовая концентрация катионов, мг/дм <sup>3</sup> , в том числе:	Метод ионной хроматографии		
- Na		47,3	не установлена
- NH <sub>4</sub>		4,7	не установлена
- K		576,6	не установлена
- Ca		58,3	не установлена
- Mg		96,6	не установлена