

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Р-22/679/11/1

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытания	21.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россоломо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение концентрации дрожжевых клеток.
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Методы исследования

Анализ проводили методом прямого подсчета количества дрожжевых клеток в счетной камере Горяева.


2. Результаты исследований

Наименование показателя	Единицы измерения	Фактическое значение
1	2	3
Концентрация дрожжевых клеток	млн. клеток/1 см ³	10,8

3. Заключение

В образце «Квас нефiltrованный неосветленный непастеризованный» (679) 10,8 млн. клеток/1 см³ дрожжевых клеток.

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679/15

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефильтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	14.04 – 22.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение содержания консервантов (сорбиновая и бензойная кислоты).
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, ед.изм	НД на метод	Результат	Значение показателя по СТО 46429990-043-2022
1	2	3	4	5
1	Массовая концентрация сорбиновой кислоты, мг/дм ³	ГОСТ EN 12856-2015	менее 0,5	не допускается
2	Массовая концентрация бензойной кислоты, мг/дм ³		менее 0,5	не допускается

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В образце «Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный» (679) консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты) не обнаружены.

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679/10

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	14.04 – 21.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение массовой концентрации летучих компонентов
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм	НД на метод	Результат	Значение показателя по СТО 46429990-043-2022
1	2	3	4	
	Массовая концентрация летучих компонентов, мг/дм ³ , в том числе:	ГОСТ Р 57893-2017		
1.	- Ацетальдегид		125,6±15,1	не установлено
2.	- Ацетон		менее 0,5	не установлено
3.	- Этилацетат		1,0±0,2	не установлено
4.	- Метанол		менее 0,5	не установлено
5.	- 2-пропанол		менее 0,5	не установлено
6.	- 2-бутанол		менее 0,5	не установлено
7.	- 1-пропанол		1,2±0,2	не установлено
8.	- Изобутанол		5,5±0,6	не установлено
9.	- Изоамилацетат		менее 0,5	не установлено
10.	- 1-бутанол		менее 0,5	не установлено
11.	- Изоамилол		15,9±2,2	не установлено
12.	- 1-гексанол		менее 0,5	не установлено
13.	- Этиллактат		2,7±0,4	не установлено
14.	Суммарное содержание	151,9	не менее 15,0	

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679/14

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефильтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	25.04 – 26.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.3.5 Определение объема продукции в единице потребительской тары и отклонения объема продукции в единице потребительской тары от номинального количества.
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Результат	Норма по НД	НД на метод
1	2	3	4	5
1	Объем продукции в единице потребительской тары, см ³	1000	1000	ГОСТ 6687.5-86
2	Отрицательное отклонение объема продукции в единице потребительской тары от номинального количества, %, не более	0	1,5	ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 8.579-2019

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679/7

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефильтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	14.04 – 22.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение массовой концентрации органических кислот
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	НД на метод	Результат	Значение показателя по СТО 46429990-043-2022
1	2	3	4	5
1.	Массовая концентрация органических кислот, г/дм ³ , в том числе: - Щавелевая	Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Свидетельство об аттестации №01.00225/205-49-12 от 03.10.2012. регистрационный код методики измерений по Федеральному реестру ФР.1.31.2012.13427.	менее 0,013	не установлено
2.	- Винная		менее 0,025	не установлено
3.	- Муравьиная		менее 0,100	не установлено
4.	- Яблочная		менее 0,10	не установлено
5.	- Молочная		1,6±0,1	не установлено
6.	- Лимонная		менее 0,13	не установлено
7.	- Янтарная		0,4±0,0	не установлено
8.	Суммарное содержание			2,0

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679/4

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	14.04 – 25.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	Определение массовой концентрации подсластителей
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, ед.изм	НД на метод	Результат	Значение показателя по СТО 46429990-043-2022
1	2	3	4	5
	Массовая концентрация подсластителей, мг/дм ³ , в том числе:	ГОСТ EN 12856-2015, ГОСТ EN 12857-2015		
1.	- Аспартам (Е 951)		менее 0,5	не допускается
2.	- Сахарин (Е 954)		менее 0,5	не допускается
3.	- Ацесульфам К (Е 950)		менее 0,5	не допускается
4.	- Циклакат (Е 952)		менее 0,5	не допускается

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В образце «Квас нефильтрованный неосветленный непастеризованный» (679) подсластители не обнаружены.

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.
 Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.
 ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

Протокол испытаний № 4595
от 28.04.2022

Наименование образца испытаний: Квас нефильтрованный, неосветленный, непастеризованный 29.03.2022. пэт, 1 л. Шифр 249РСК0015/1. Номер пломбы 60054992.

Дата поступления образца: 14.04.22

*Изготовитель: Образец обезличен и зашифрован,

*Юридический адрес: -

*Фактический адрес места осуществления деятельности: -

Заказчик: АНО "Роскачество"

Юридический адрес: РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.

Фактический адрес места осуществления деятельности: РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.

Упаковка: Бутылка из полимерного материала, герметично укуповенная пластмассовой завинчивающейся крышкой с отрывным кольцом. Целостность упаковки не нарушена. Номер пломбы 60054994.

Маркировка: --

Этикетка: 249РСК0015/1

Задание: ТЗ АНО "Роскачество"

Заключение:

--

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Массовая доля сукралозы, мг/кг	менее 10		ГОСТ EN 16155

Перепечатка или частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательного центра запрещено.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

Микробиологические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
БГКП (колиформы) , в 10,0 см3	не обнаружены		ГОСТ 30712-01п.6.3.
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы , в 25,0 см3	не обнаружены		ГОСТ 31659-2012

Дата начала испытаний: 14.04.2022

Дата окончания испытаний: 28.04.2022

конец протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-22/679

Заказчик Контактные данные	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12. ИНН 9705044437. Фактический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
Наименование заявленного образца	«Квас нефильтрованный неосветленный непастеризованный»
Сопроводительный документ (акт отбора проб, письмо-заявка)	Акт приема-передачи проб № б/н от 14.04.2022 г.
Дата получения образца	14.04.2022 г.
Шифр образца	679
Описание образца	Образец представлен в шести ПЭТ бутылках вместимостью 1,0 л, укупоренных навинчивающимся полимерным колпачком. Бутылки помещены в коробку с пломбой-наклейкой: «60054991». На бутылке имеется надпись маркером: «249РСК0015/2». Укупорка не нарушена. Дата розлива: 29.03.2022 г.
Дата проведения испытаний	18.04 – 26.04.2022 г.
Место проведения испытаний	119021, Россия, город Москва, улица Россолимо, дом 7.
Испытания, проводимые по заявке заказчика	ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.2, п. 5.1.3; п. 5.1.7 (токсичные элементы); ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Приложение 3, п. 8; Расчет содержания углеводов.
Дополнительные сведения, предоставленные заказчиком	СТО 46429990-043-2022
Дополнения, отклонения или исключения из методов	отсутствуют

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

в соответствии с требованиями ГОСТ 6687.5-86 «Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции».

Органолептическая характеристика образца «Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный» (679):

Внешний вид: непрозрачная пенящаяся жидкость без осадка и посторонних включений.

Цвет: коричневый.

Аромат: с сильным дрожжевым тоном.

Вкус: нечистый, пустой.

Бальная оценка: 6,4.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Результат испытаний	Норма по НД	НД на метод определения показателя
1	2	3	4	5
1	Массовая доля сухих веществ, %, не менее	6,0	3,5	ГОСТ 6687.2-90 п. 2
2	Кислотность, к. ед.	2,7	от 1,5 до 7,0	ГОСТ 6687.4-86
3	Объемная доля спирта, %, не более	2,1	1,2	ГОСТ 6687.7-88 ГОСТ 31494-2012 п. 7.5
4	Массовая доля двуокси углерода, %, не менее	0,49	0,30	ГОСТ 32037-2013
5	Углеводы, г/100мл	5,8	не установлена	Расчет по МУ 10-05031531-372-93
	Токсичные элементы, допустимые уровни, не более, мг/кг:			
6	Мышьяк	менее 0,04	0,1	ГОСТ 31628-2012
7	Свинец	менее 0,05	0,3	ГОСТ 30178-96
8	Кадмий	менее 0,01	0,03	ГОСТ 30178-96
9	Ртуть	менее 0,0005	0,005	МУ 08-47/168

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец «Квас нефилтрованный неосветленный непастеризованный» (679):

- **соответствует** по органолептическим показателям (внешний вид, цвет) требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.2;


- **не соответствует** по органолептическим показателям (аромат, вкус) требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.2;

- **соответствует** по физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.3 в части массовой доли сухих веществ, кислотности и массовой доли двуокси углерода;

- **не соответствует** по физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.3 в части объемной доли спирта;

- **соответствует** по допустимым уровням токсичных элементов, установленным в ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» п. 5.1.7; ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Приложение 3, п. 8.

Ответственный за оформление протокола



И.А. Инал-Ипа

Перепечатка и размножение протокола испытаний без разрешения ИЦ ВНИИПБиВП запрещаются.

Результаты испытаний действительны только для образца, представленного заказчиком и прошедшего испытания.

ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за правильность проведения процедуры доставки и отбора проб.

ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственность за сторонние мнения и толкования полученных результатов испытаний.

ИЦ ВНИИПБиВП не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.